

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

630073, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20,

Факс: (383) 346-02-09, Телефон: (383) 346-50-01

Телефон подразделения: (383) 346-11-71

Кому: ООО «Аника М», г.Новосибирск, ул.Кирова 86

Заказ: от 24 января 2017 г, № 108.

Оборудование: Оптический эмиссионный спектрометр «ARL 3460 Quantris»

Дата проведения анализа

« 24 » января 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

№ п/п	Наименование образцов	Содержание химических элементов, %																				
		Ag	Al	As	Bi	Zr	Co	Cr	Fe	Mg	Mn	Ni	P	Pb	S	Sb	Se	Si	Sn	Te	Zn	Cu
1	Медь	<0,0009	<0,004	0,0001	<0,0005	<0,0002	<0,0005	0,0002	<0,001	0,0001	0,0002	0,0001	0,0008	>0,0002	<0,0005	>0,0008	0,0001	<0,0003	0,00004	<0,001	>0,001	Ост.

Заведующий подразделением
спектрального анализа



Дробяз Е.А.

Декан Механико-технологического факультета

Янпольский В.В.